Menicon SAS, © 2015

Instructions d'utilisation

MeniCare Soft

Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et les conservez pour pouvoir les consulter ultérieurement

Produit distribué par :

Menicon SAS, 104, rue Martre 92583 Clichy Cedex,
France Tél : 01 41 40 19 19
Email : serviceclients@menicon.fr
Fax : 01 41 40 19 20
www.menicon.fr

Menicon

Meni Care Soft

SOLUTION MULTIFONCTIONS

Pour toutes les lentilles souples

Cette notice d'utilisation contient des informations importantes. Lisez-la attentivement et conservez-la pour référence ultérieure.

MeniCare Soft

FR SOLUTION MULTIFONCTIONS *pour toutes les lentilles souples*

INDICATIONS

La solution MeniCare Soft est destinée à la décontamination, au nettoyage, à l'élimination des protéines, au rinçage et à la conservation des lentilles souples.

MODE D'EMPLOI

- Toujours se laver et se rincer les mains avant de manipuler les lentilles de contact. Toujours manipuler la même lentille de contact (gauche ou droite) en premier, afin de ne pas les intervertir.
- Après avoir retiré la lentille de votre œil, placez-la dans la paume de votre main.
- Appliquez quelques gouttes de la solution MeniCare Soft sur la lentille. Massez doucement la lentille pendant 20 secondes à l'aide de votre index.
- Rincez la lentille à l'aide de la solution MeniCare Soft afin d'en retirer toutes les impuretés.
- Placez les lentilles dans les compartiments à lentilles droit et gauche, préalablement remplis de solution MeniCare Soft et laissez les tremper pendant 4 heures au moins (ou toute la nuit), afin de les décontaminer.
- Vos lentilles sont à présent propres et décontaminées.
- Avant de les porter, rincez vos lentilles à l'aide de la solution MeniCare Soft.
  Vider la solution MeniCare Soft de l'étui lentilles et le rincer avec la solution MeniCare Soft.
- Laisser sécher l'étui ouvert à l'air libre. Après l'avoir rebouché, l'étui est prêt pour une nouvelle utilisation.

Les lentilles peuvent être conservées pendant 30 jours maximum dans l'étui, à condition que celui-ci ne soit pas ouvert. Si elles ne doivent pas être portées pendant une période supérieure à 30 jours, les nettoyer et les décontaminer tous les trente jours en renouvelant la solution MeniCare Soft.

ATTENTION

- Utilisez toujours de la solution MeniCare Soft neuve – ne réutilisez jamais la solution usagée se trouvant dans l'étui. Cela réduirait le processus de décontamination et risquerait d'entraîner de graves infections des yeux.
- Ne jamais exposer les lentilles de contact à l'eau du robinet ou à de l'eau non stérile ; une contamination microbienne risquerait de se produire et de provoquer des lésions oculaires.
- Garder hors de portée des enfants.
- Consulter un ophtalmologiste avant d'utiliser un traitement oculaire conjointement au port de lentilles de contact.

PRECAUTIONS

- Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption.
- Ne jamais utiliser en cas d'endommagement de la bague de sécurité du flacon.
- Une fois le flacon ouvert, jeter le reste de solution au-delà de trois mois.
- Refermer le flacon après son utilisation.
- Ne pas toucher l'embout du flacon avec les doigts.
- Conserver à une température inférieure à 25 °C. 25°C
- Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Ne pas avaler.
- Conserver l'étui lentilles propre et sec. Le remplacer régulièrement.
- Consulter un spécialiste lentilles avant d'utiliser une solution différente.
- Ne pas utiliser avec des lentilles de contact rigides perméables au gaz.

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser ce produit en cas d'allergie à un composant quelconque de la solution MeniCare Soft. Ne jamais utiliser MeniCare Soft pour une décontamination thermique.

EFFETS SECONDAIRES

En cas d'inconfort ou d'irritation persistants, retirer les lentilles de contact, arrêter d'utiliser le produit et consulter un ophtalmologiste.

COMPOSITION

MeniCare Soft est une solution isotonique aqueuse contenant du polyhexanide à 0,0001% comme composant actif et agent de conservation, du macrogolglycérol hydroxystéarate 60, du disodium édétate et des agents isotoniques.

CONDITIONNEMENTS

MeniCare Soft est vendu en flacons de 50 mL et de 360 mL, avec un étui lentilles renouvelable.

Année d'autorisation du marquage CE : 2004

Fabricant:
Menicon Co., Ltd.
3-21-19, Aoi, Naka-ku
Nagoya, 460-0006, Japan

CE 0483

Distributeurs:
Menicon SAS
104, rue Martre-92583
Clichy cedex France
Menicon GmbH
Jakob-Latscha-Straße 3
60314 Frankfurt
NKL Contactlenzen
Waanderweg 6, 7812 HZ, Emmen, The Netherlands

Représentant Européen: EC REP
Menicon Pharma S.A.S.
Bd S. Brant - Parc d'Innovation
67400 Illkirch-Graffenstaden, France

STERILE A

Date de la dernière révision : 2015-05